Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

# ACRYC&B RX

RESINA ACRILICA RADIOPACA PER DIAGNOSTICA.

RADIOPAQUE ACRYLIC RESIN FOR DIAGNOSTICS.

RESINA ACRÍLICA RADIOPACA PARA DIAGNÓSTICO.

RÉSINE ACRYLIQUE RADIO-OPAQUE POUR DIAGNOSTIQUE.

RESINA ACRÍLICA RADIOPACA PARA DIAGNÓSTICO.

RADIOPAKES ACRYLHARZ FÜR DIAGNOSE.

(I) Istruzioni d'uso
(GB) Instructions for Use
(P) Instruções de uso
(F) Mode d'emploi
(E) Instrucciones de uso
(D) Gebrauchsanweisung

**Ruthinium® - Dental Manufacturing S.p.A.**
Via Cà Mignola Nuova 1699 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 0425 51628 - Fax +39 0425 590156 - **www.ruthinium.it - info@ruthinium.it**

Ap. 2022.09-rev.00

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

# ACRY C&B RX

CE 0476
MD

## (I) RESINA ACRILICA RADIOPACA PER DIAGNOSTICA

INDICAZIONI:
A) Costruzione di dime.
B) Realizzazione di ponti e corone provvisori radiopachi.
C) Allungamento tallone nei denti radiopachi.

CONTROINDICAZIONI:
- Tutti gli usi non previsti
- Accertata allergia verso i componenti di Acry C&B RX
- Impiego diretto nel cavo orale
- Contatto diretto di materiale non correttamente polimerizzato in zona intraorale.

COLORI: RX

LAVORAZIONE:
Agitare la polvere prima dell'uso.
Miscelare la polvere con il Liquido Self Curing, fino ad ottenere un impasto omogeneo. A questo punto, la miscela è pronta per essere colata; qualora si desideri un impasto più plastico e modellabile con spatola, lasciare riposare per 1-2 minuti.
Applicare il materiale, riempiendo le mascherine preparate o modellare con una spatolina, se il materiale cola troppo, aggiungere un po' di polvere asciutta sul manufatto per saturare il liquido in eccesso. A temperatura ambiente di 23°C, il tempo di lavorabilità è di circa 6 minuti ed avremo l'indurimento dell'impasto dopo circa 11 minuti. Si consiglia di polimerizzare con l'ausilio di una pentola o in polimerizzatore a pressione, con acqua a 45°/50°C per 10 minuti ad una pressione di almeno 2 atm.
N.B.: La temperatura ambiente incide notevolmente sui tempi di riposo e plasticità della resina.

RIFINITURA E LUCIDATURA: rifinire come consuetudine, con frese, gommini, spazzole e con pomice. Lucidare a specchio con l'ausilio spazzole e prodotti per lucidatura (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta) evitando un eccessivo surriscaldamento.

POLVERE: Conservare in luogo fresco ed asciutto.
LIQUIDO: Conservare a temperatura massima di 30°C.

Il prodotto è stato realizzato per impiego ad uso professionale nel settore dentale. Attenersi alle indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da diverso o inadeguato utilizzo. L'utente è tenuto a controllare personalmente l'idoneità del prodotto per gli impieghi da lui previsti soprattutto, se questi impieghi non sono riportati nelle istruzioni d'uso. Non utilizzare dopo la scadenza.
Si avvisa l'utilizzatore della necessità di segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo sia al fabbricante che all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore è stabilito.

LIQUIDO:
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Contiene: metacrilato di metile, dimetacrilato di etilene, N-N-dimetil-p-toluidina.

POLVERE:
Contiene perossido di benzoile, metacrilato di metile. Può provocare una reazione allergica.

SIMBOLI UTILIZZATI

| | | |
|---|---|---|
| MD Dispositivo Medico | UDI Identificativo Unico del Dispositivo | |
| LOT Numero di lotto | Data di scadenza | Consultare le istruzioni per l'uso |
| REF Codice prodotto | Fabbricante | 30°C 86°F MAX 30°C Limite superiore di temperatura |

**Ruthinium® - Dental Manufacturing S.p.A.**
Via Cà Mignola Nuova 1699 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 0425 51628 - Fax +39 0425 590156 - **www.ruthinium.it - info@ruthinium.it**

Ap. 2022.09-rev.00

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

# ACRY C&B RX

CE 0476
MD

## (GB) RADIOPAQUE ACRYLIC RESIN FOR DIAGNOSTICS

DIRECTIONS:
A) Construction of templates.
B) Provisional radiopaque bridges and crowns.
C) Heel elongation in radiopaque teeth.

CONTRAINDICATIONS:
All unintended uses
Established allergy to the components of Acry C&B RX
Direct use in the oral cavity
Direct contact of incorrectly cured material in the intraoral area.

COLOURS: RX

PROCESSING:
Shake the powder before use.
Mix the powder with the Self Curing Liquid until a homogeneous mixture is obtained. At this point, the mixture is ready to be poured; if a more plastic and mouldable mixture with a spatula is desired, allow to stand for 1-2 minutes. Apply the material, filling the prepared templates or modelling with a small spatula. If the material drips too much, add a little dry powder to the workpiece to saturate the excess liquid. At a room temperature of 23°C, the working time is approx. 6 minutes and the mixture hardens after approx. 11 minutes. We recommend polymerisation with the help of a pan or in a pressure polymeriser with water at 45°/50°C for 10 minutes at a pressure of at least 2 atm.
N.B.: The room temperature has a significant effect on the resting time and plasticity of the resin.

FINISHING AND POLISHING: Finish as usual, with burs, rubbers, brushes and with pumice. Polish to a high gloss using brushes and polishing products (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), avoiding excessive overheating.

POWDER: Store in a cool, dry place.
LIQUID: Store at a maximum temperature of 30°C.

The product is designed for professional use in the dental sector. Please observe the instructions in the instructions for use. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from incorrect or improper use. The user is obliged to personally check the suitability of the product for the intended uses, especially if these uses are not listed in the instructions for use. Do not use after the expiry date.
The user is advised of the need to report any serious incidents occurring in connection with the device both to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user is established.

LIQUID:
Highly flammable liquid and vapours. Causes skin irritation. May cause allergic skin reaction. May irritate respiratory tract. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames or other sources of ignition. Do not smoke. Avoid breathing vapours. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Store in a cool, well-ventilated place. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Contains: methyl methacrylate, ethylene dimethacrylate, N-N-dimethyl-p-toluidine.

POWDER:
Contains benzoyl peroxide, methyl methacrylate. May cause allergic reaction.

SYMBOLS USED

MD Medical Device
UDI Unique Device Identification
LOT Batch number
Expiry date
Consult the instructions for use
REF Manufacturer
Product code
30°C 86°F MAX 30°C Upper limit of temperature

**Ruthinium® - Dental Manufacturing S.p.A.**
Via Cà Mignola Nuova 1699 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 0425 51628 - Fax +39 0425 590156 - **www.ruthinium.it - info@ruthinium.it**

Ap. 2022.09-rev.00

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

# ACRY C&B RX

CE 0476
MD

## (P) RESINA ACRÍLICA RADIOPACA PARA DIAGNÓSTICO

DIRECÇÕES:
A) Construção de modelos.
B) Pontes e coroas provisórias radiopacas.
C) Alongamento do calcanhar em dentes radiopacos.

CONTRA-INDICAÇÕES:
- Todos os usos não intencionais
- Alergia estabelecida aos componentes da Acry C&B RX
- Utilização directa na cavidade oral
- Contacto directo de material incorrectamente curado na área intraoral.

CORES: RX

PROCESSAMENTO:
Agitar o pó antes de usar.
Misturar o pó com o líquido autopolimerizante até se obter uma mistura homogénea. Nesta altura, a mistura está pronta para ser vertida; se se desejar uma mistura mais plástica e moldável com uma espátula, deixar repousar durante 1-2 minutos.
Aplicar o material, enchendo os modelos preparados ou modelando com uma pequena espátula. Se o material pingar demasiado, adicionar um pouco de pó seco à peça de trabalho para saturar o líquido em excesso. A uma temperatura ambiente de 23°C, o tempo de trabalho é de aproximadamente 6 minutos e a mistura endurece após aproximadamente 11 minutos. Recomendamos a polimerização com a ajuda de uma panela ou num polimerizador de pressão com água a 45°/50°C durante 10 minutos a uma pressão de pelo menos 2 atm.
N.B.: A temperatura ambiente tem um efeito significativo no tempo de repouso e plasticidade da resina.

ACABAMENTO E POLÍCIA: Acabar como habitualmente, com rebarbas, borrachas, escovas e com pedra-pomes. Polido a um alto brilho utilizando escovas e produtos de polimento (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), evitando o sobreaquecimento excessivo.

POWDER: Armazenar num local fresco e seco.
LÍQUIDO: Armazenar a uma temperatura máxima de 30°C.

O produto é concebido para uso profissional no sector dentário. Por favor, observe as instruções nas instruções de utilização. O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos resultantes de utilização incorrecta ou imprópria. O utilizador é obrigado a verificar pessoalmente a adequação do produto para as utilizações previstas, especialmente se essas utilizações não estiverem listadas nas instruções de utilização. Não utilizar após a data de expiração.
O utilizador é avisado da necessidade de comunicar ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro em que o utilizador está estabelecido quaisquer incidentes graves ocorridos em relação ao dispositivo.

LÍQUIDO:
Líquido e vapores altamente inflamáveis. Provoca irritação da pele. Pode causar reacção cutânea alérgica. Pode irritar as vias respiratórias. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas ou outras fontes de inflamação. Não fumar. Evitar os vapores respiratórios. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/ protecção facial. SE SOBRE PELE: Lavar com bastante água. Armazenar num local fresco e bem ventilado. Eliminar o conteúdo/contentor de acordo com a regulamentação local/regional/nacional/internacional.
Contém: metacrilato de metilo, dimetacrilato de etileno, N-N-dimetil-p-toluidina.

POWDER:
Contém peróxido de benzoílo, metacrilato de metilo. Pode causar reacções alérgicas.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MD Aparelho Médico | UDI Identificação única do dispositivo | | |
| LOT Número de lote | Data de expiração | Consulte as instruções de utilização | |
| REF Código produto | Fabricante | 30°C 86°F MAX | 30°C Limite superior de temperatura |

**Ruthinium® - Dental Manufacturing S.p.A.**
Via Cà Mignola Nuova 1699 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 0425 51628 - Fax +39 0425 590156 - **www.ruthinium.it - info@ruthinium.it**

Ap. 2022.09-rev.00

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

# ACRY C&B RX

CE 0476
MD

## (F) RÉSINE ACRYLIQUE RADIO-OPAQUE POUR DIAGNOSTIQUE

DIRECTIONS:
A) Construction de modèles.
B) Ponts et couronnes provisoires radio-opaques.
C) Allongement du talon dans les dents radio-opaques.

CONTRE-INDICATIONS:
- Toutes les utilisations involontaires
- Allergie avérée aux composants de l'Acry C&B RX
- Utilisation directe dans la cavité buccale
- Contact direct d'un matériau mal polymérisé dans la zone intra-buccale.

COULEURS: RX

TRAITEMENT:
Agitez la poudre avant de l'utiliser.
Mélanger la poudre avec le liquide autopolymérisable jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. À ce stade, le mélange est prêt à être versé ; si l'on souhaite un mélange plus plastique et plus facile à modeler à la spatule, laisser reposer pendant 1 à 2 minutes. Appliquez le matériau en remplissant les gabarits préparés ou en modelant à l'aide d'une petite spatule. Si le matériau coule trop, ajoutez un peu de poudre sèche sur la pièce pour saturer l'excès de liquide. A une température ambiante de 23°C, le temps de travail est d'environ 6 minutes et le mélange durcit après environ 11 minutes. Nous recommandons la polymérisation à l'aide d'une casserole ou dans un polymérisateur sous pression avec de l'eau à 45°/50°C pendant 10 minutes à une pression d'au moins 2 atm.
N.B. : La température ambiante a un effet significatif sur le temps de repos et la plasticité de la résine.

FINITION ET POLISSAGE: Finir comme d'habitude, avec des fraises, des caoutchoucs, des brosses et de la pierre ponce. Polir jusqu'à obtenir une haute brillance en utilisant des brosses et des produits de polissage (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), en évitant une surchauffe excessive.

POUDRE : Conserver dans un endroit frais et sec.
LIQUIDE : A conserver à une température maximale de 30°C.

Le produit est conçu pour un usage professionnel dans le secteur dentaire. Veuillez respecter les instructions du mode d'emploi. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inadéquate. L'utilisateur est tenu de vérifier personnellement l'adéquation du produit aux usages prévus, notamment si ces usages ne sont pas mentionnés dans le mode d'emploi. Ne pas utiliser après la date de péremption.
L'utilisateur est informé de la nécessité de signaler tout incident grave survenant en rapport avec le dispositif à la fois au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi.

LIQUIDE :
Liquide et vapeurs hautement inflammables. Provoque une irritation de la peau. Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Évitez de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection des yeux/une protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver avec beaucoup d'eau. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.
Contient : méthacrylate de méthyle, diméthacrylate d'éthylène, N-N-diméthyl-p-toluidine.

POUDRE :
Contient du peroxyde de benzoyle, du méthacrylate de méthyle. Peut provoquer une réaction allergique.

SYMBOLES UTILISÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MD Dispositif médical | UDI Identification unique de l'appareil | | |
| LOT Numéro de lot | Date d'expiration | Consulter le mode d'emploi | |
| REF Code produit | Fabricant | 30°C 86°F MAX | 30°C Limite supérieure de température |

**Ruthinium® - Dental Manufacturing S.p.A.**
Via Cà Mignola Nuova 1699 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 0425 51628 - Fax +39 0425 590156 - **www.ruthinium.it - info@ruthinium.it**

Ap. 2022.09-rev.00

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

# ACRY C&B RX

CE 0476
MD

## (E) RESINA ACRÍLICA RADIOPACA PARA DIAGNÓSTICO

DIRECCIONES:
A) Construcción de plantillas.
B) Puentes y coronas provisionales radiopacos.
C) Alargamiento del talón en dientes radiopacos.

CONTRAINDICACIONES:
- Todos los usos no previstos
- Alergia establecida a los componentes de Acry C&B RX
Uso directo en la cavidad oral
Contacto directo del material incorrectamente polimerizado en la zona intraoral.

COLORES: RX

PROCESAMIENTO:
Agitar el polvo antes de utilizarlo.
Mezclar el polvo con el líquido autopolimerizable hasta obtener una mezcla homogénea. En este punto, la mezcla está lista para ser vertida; si se desea una mezcla más plástica y moldeable con una espátula, dejar reposar durante 1-2 minutos. Aplique el material, rellenando las plantillas preparadas o modelando con una pequeña espátula. Si el material gotea demasiado, añada un poco de polvo seco a la pieza para saturar el exceso de líquido. A una temperatura ambiente de 23°C, el tiempo de trabajo es de aproximadamente 6 minutos y la mezcla se endurece después de aproximadamente 11 minutos. Recomendamos la polimerización con la ayuda de una olla o en un polimerizador a presión con agua a 45°/50°C durante 10 minutos a una presión de al menos 2 atm.
N.B.: La temperatura ambiente tiene un efecto significativo sobre el tiempo de reposo y la plasticidad de la resina.

ACABADO Y PULIDO: Acabar como siempre, con fresas, gomas, cepillos y con piedra pómez. Pulir a alto brillo utilizando cepillos y productos de pulido (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta), evitando el sobrecalentamiento.

POLVO: Almacenar en un lugar fresco y seco.
LÍQUIDO: Conservar a una temperatura máxima de 30°C.

El producto está diseñado para el uso profesional en el sector dental. Tenga en cuenta las indicaciones de las instrucciones de uso. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso incorrecto o inadecuado. El usuario está obligado a comprobar personalmente la idoneidad del producto para los usos previstos, especialmente si estos usos no figuran en las instrucciones de uso. No utilizar después de la fecha de caducidad.
Se advierte al usuario de la necesidad de notificar cualquier incidente grave que se produzca con el producto tanto al fabricante como a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario.

LÍQUIDO:
Líquido y vapores altamente inflamables. Causa irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas u otras fuentes de ignición. No fume. Evite respirar los vapores. Utilizar guantes/ropa protectora/protección ocular/protección facial. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con la normativa local/regional/nacional/internacional.
Contiene: metacrilato de metilo, dimetacrilato de etileno, N-N-dimetil-p-toluidina.

POLVO:
Contiene peróxido de benzoilo, metacrilato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MD Dispositivo médico | UDI Identificación única del dispositivo | | |
| LOT Número de lote | Fecha de caducidad | Consultar las instrucciones de uso | |
| REF Código producto | Fabricante | 30°C 86°F MAX 30°C Limite superior de temperatura | |

**Ruthinium® - Dental Manufacturing S.p.A.**
Via Cà Mignola Nuova 1699 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 0425 51628 - Fax +39 0425 590156 - **www.ruthinium.it - info@ruthinium.it**

Ap. 2022.09-rev.00

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

# ACRY C&B RX

CE 0476
MD

## (D) RADIOPAKES ACRYLHARZ FÜR DIAGNOSE

WEGBESCHREIBUNG:
A) Konstruktion von Vorlagen.
B) Provisorische röntgenopake Brücken und Kronen.
C) Dehnung der Ferse bei röntgendichten Zähnen.

KONTRAINDIKATIONEN:
Alle unbeabsichtigten Verwendungen
Festgestellte Allergie gegen die Bestandteile von Acry C&B RX
Direkte Anwendung in der Mundhöhle
Direkter Kontakt von fehlerhaft ausgehärtetem Material im intraoralen Bereich.

FARBEN: RX

VERARBEITUNG:
Schütteln Sie das Pulver vor Gebrauch.
Mischen Sie das Pulver mit der selbsthärtenden Flüssigkeit, bis Sie eine homogene Mischung erhalten. Jetzt kann die Masse gegossen werden; wenn eine plastischere und mit dem Spatel formbare Masse gewünscht wird, 1-2 Minuten ruhen lassen. Tragen Sie das Material auf, indem Sie die vorbereiteten Schablonen oder die Modellierung mit einem kleinen Spachtel ausfüllen. Wenn das Material zu stark tropft, geben Sie etwas trockenes Pulver auf das Werkstück, um die überschüssige Flüssigkeit zu sättigen. Bei einer Raumtemperatur von 23°C beträgt die Verarbeitungszeit ca. 6 Minuten und die Mischung härtet nach ca. 11 Minuten aus. Wir empfehlen die Polymerisation mit Hilfe eines Topfes oder in einem Druckpolymerisator mit Wasser bei 45°/50°C für 10 Minuten bei einem Druck von mindestens 2 atm.
N.B.: Die Raumtemperatur hat einen erheblichen Einfluss auf die Ruhezeit und die Plastizität des Harzes.

ENDBEARBEITUNG UND POLIEREN: Die Endbearbeitung erfolgt wie üblich mit Bohrern, Gummis, Bürsten und mit Bimsstein. Mit Bürsten und Poliermitteln (Acry Lux Crema, Acry Lux Liquido, Acry Lux Pasta) auf Hochglanz polieren, wobei eine übermäßige Erwärmung zu vermeiden ist.

PULVER: An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
FLÜSSIG: Bei einer Höchsttemperatur von 30°C lagern.

Das Produkt ist für den professionellen Einsatz im Dentalbereich konzipiert. Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen. Der Benutzer ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für die vorgesehenen Verwendungszwecke selbst zu prüfen, insbesondere wenn diese Verwendungszwecke nicht in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass er alle schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender niedergelassen ist, melden muss.

FLÜSSIG:
Leicht entzündliche Flüssigkeit und Dämpfe. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen. Kann die Atmungsorgane reizen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen oder anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen Sie nicht. Das Einatmen von Dämpfen vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit reichlich Wasser waschen. An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/-Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.
Enthält: Methylmethacrylat, Ethylendimethacrylat, N-N-Dimethyl-p-Toluidin.

PULVER:
Enthält Benzoylperoxyd, Methylmethacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VERWENDETE SYMBOLE

| | | |
|---|---|---|
| MD Medizinisches Gerät | UDI Eindeutige Geräteidentifikation | |
| LOT Chargennummer | Verfallsdatum | Die Bedienungsanleitung konsultieren |
| REF Artikelnummer | Hersteller | 30°C 86°F MAX 30°C Obere Temperaturgrenze |

**Ruthinium® - Dental Manufacturing S.p.A.**
Via Cà Mignola Nuova 1699 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 0425 51628 - Fax +39 0425 590156 - **www.ruthinium.it - info@ruthinium.it**

Ap. 2022.09-rev.00