

TEST DI BIOCOMPATIBILITA' ESEGUITI

CAMPIONI TESTATI
RUTHINUM DISC,
RUTHINIUM DISC RX,
RUTHINIUM DISC BICOLOR,
RUTHINIUM DISC NEUTRO,
RUTHINIUM DISC MULTILAYER,
RUTHINIUM DISC MULTILAYER SC

FABBRICANTE

DENTAL MANUFACTURING SPA
RUTHINIUM GROUP
VIA CA' MIGNOLA NUOVA, 1699
BADIA POLESINE (RO) – ITALY

Si dichiara che i dispositivi medici sopra elencati sono stati testati in pool per la biocompatibilità in accordo allo standard internazionale ISO 10993-1:2018, in dettaglio:

- Test di caratterizzazione chimico/fisica secondo ISO 10993-18:2020/A1 2022
- Test di citotossicità secondo ISO 10993-5:2009 – **non citotossico**
- Test di irritazione cutanea in vitro secondo ISO 10993-23:2021 – **non irritante**
- Test di sensibilizzazione cutanea GPMT Magnusson Kligman secondo ISO 10993-10:2021 – **non sensibilizzante**.

Emissione autorizzata da:

Bologna, 20/03/2023

Responsabile del Laboratorio:

Dott. Lorenzo Autore



Lab4LIFE S.r.l.

info@lab4life.com | lab4lifesrl@legalmail.it | lab4life.com

VIA DEI FORNACIAI 21 G/H | 40129 BOLOGNA - ITALY | +39 051 323039 - FAX +39 051 4170410

P.I./C.F. 03096401207
Capitale Sociale € 45.000 i.v.
N. REA: BO - 491522

